



CERTIFIKÁT O OVERENÍ

podľa § 25 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 0734/331.08/20

Meradlo:	Váha s automatickou činnosťou, na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia
Identifikácia meradla:	Výrobca: TENZOVÁHY, s.r.o. Typ: VM-1.2 Výrobné číslo: K0110010 Merací rozsah: (400 až 20 000) kg, e = d = 20 kg Trieda presnosti: III(1) Značka schválenia typu: TSK128/14-009
Objednávateľ:	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Používateľ:	Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Miesto merania:	Hraničný priechod, 072 51 Vyšné Nemecké
Metóda merania:	Priamym zaťažením s etalónovým závažím a referenčnými vozidlami podľa pracovného postupu PP-21-10.
Použitie etalóny:	Závažie triedy presnosti OIML M1 (IV. rádu), v.č. 01až36, CoK 1292/331.08/19 Závažie triedy presnosti OIML F2 (III. rádu), v.č. 008, CoK 0001/331.08/20 Závažie triedy presnosti OIML M1 (IV. rádu), v.č. 001až170, CoK 1320/331.08/19 Použitie etalóny majú metrologickú nadväznosť na národné a medzinárodné etalóny.
Podmienky okolia:	Teplota okolia: (16 ± 1) °C Vlhkosť vzduchu: (46 ± 5) %
Dátum prijatia meradla:	02.03.2020
Dátum overenia:	04.06.2020
Dátum vydania dokladu:	04.06.2020
Výsledok overenia:	meradlo zodpovedá schválenému typu, požiadavkám uvedeným v prílohe č. 31 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a ustanoveniam zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť overenia do:	04.06.2021

Výsledky merania a rozšírené neistoty sú uvedené na strane 2/2.



Schválil

Ing. Ogurčák Jozef
metrológ
ogurcak@slm.sk

Výsledky overenia sa vzťahujú k meradlu, podmienkam okolia, použitým metódam a k dátumu a miestu merania.
Certifikát o overení môže byť bez písomného súhlasu laboratória reprodukován iba ako celok.

