



SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, n.o.  
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica  
www.slm.sk

LABORATÓRIUM HMOTNOSTI  
Zemplínska 46, 040 01 Košice  
Tel. + 421 55 720 28 11



## CERTIFIKÁT O OVERENÍ

podľa § 25 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 0846/331.08/20

**Meradlo:** **Váha s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia**

**Identifikácia meradla:** Výrobca: TENZOVÁHY  
Typ: VM-1.2  
Výrobné číslo: K0110023  
Merací rozsah: (400-20000) kg, e=d=20 kg  
Trieda presnosti: III(1)  
Značka schváleného typu: TSK128/14-009

**Objednávateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Používateľ:** Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

**Miesto merania:** Parkovisko SSC Plešivec, Plešivec, Plešivec

**Metóda merania:** Priamym zaťažením s etalónovým závažím a referenčnými vozidlami podľa pracovného postupu PP-21-10

**Použitie etalóny:** Závažie triedy presnosti OIML M1 (IV. rádu), VSŽ RBS, v.č. 01až36, CoK 1292/331.08/19  
Závažie triedy presnosti OIML F2 (III. rádu), v.č. 008, CoK 0001/331.08/20  
Závažie triedy presnosti OIML M1 (IV. rádu), v.č. 001až170, CoK 1320/331.08/19  
Použitie etalóny majú metrologickú nadväznosť na národné a medzinárodné etalóny.

**Podmienky okolia:** Teplota okolia: (19 ±1) °C Vlhkosť vzduchu: (51 ±5) %

**Dátum prijatia meradla:** 19.05.2020

**Dátum overenia:** 24.06.2020

**Dátum vydania dokladu:** 24.06.2020

**Výsledok overenia:** meradlo zodpovedá schválenému typu, požiadavkám uvedeným v prílohe č. 31 k vyhláške ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole a ustanoveniam zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Platnosť overenia do:** 24.06.2021

Výsledky merania a rozšírené neistoty sú uvedené na strane 2/2



Schválil

Ing. Adamská Tatiana  
metrológ  
adamska@slm.sk

Výsledky overenia sa vzťahujú k meradlu, podmienkam okolia, použitým metódam a k dátumu a miestu merania.  
Certifikát o overení môže byť bez písomného súhlasu laboratória reprodukován iba ako celok.

